

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-411	PS/MJF/141067
PRODUCTO Sonda intermitente uretral hidrofílica Onli. Ver referencias, tamaños y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo tubular flexible que se introduce a través de la uretra en pacientes que necesitan drenar la orina de la vejiga.	
FABRICANTE Hollister Incorporated, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Hollister Ibérica S.A., Avenida de Bruselas nº13, 2ºD. 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes y referencias de la sonda intermitente uretral hidrofílica Onli, debido a pueden presentar una protrusión, causada por un defecto de fabricación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa para distribuidores y profesionales sanitarios • Nota de aviso empresa para pacientes • Nota informativa PS, 2026/36	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

