

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2019-617	PS/AG/55964
<b>PRODUCTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DENTASEPT SH PRO, referencias 2462326R8*, 2462042R8 y 2462892</li> <li>• DISINFECTANT DETERGENT SPRAY, referencias 2654241HU, 2654042HU</li> <li>• KIT FLACON, referencia 2514440*</li> <li>• KLINION DESINFECTANT, referencia 2518443</li> <li>• NORMOBIOT PS NF, referencia 2544241EZ</li> <li>• VAPOSEPT ZERO, referencia 2763047, 2763382T1</li> </ul>	
*espuma difusa	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
Detergentes desinfectantes de productos sanitarios en varios formatos: espuma pulverizada, espuma difusa pulverizada y frascos de lavado	
<b>Nº LOTE</b>	
Ver nºs de lotes afectados en el Anexo II de la nota de aviso del fabricante D.M.D.	
<b>FABRICANTE</b>	
D.M.D, Francia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
Laboratorios Normon, S.A., Ronda de Valdecarrizo nº 6, 28760 Tres Cantos, Madrid (distribuidor de NORMOBIOT PS NF)	
<b>ASUNTO</b>	
Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de varios productos desinfectantes del fabricante D.M.D., debido a una posible contaminación del producto con la bacteria Burkholderia Cepacia.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso del fabricante D.M.D.</li> <li>• Nota de aviso del distribuidor Normon</li> </ul>	

