

RED DE ALERTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO
(NO ALIMENTARIOS)

DE: EL RESPONSABLE DE CONTROL DE MERCADO
A: ILUSTRÍSIMOS COLEGIOS FARMACÉUTICOS

Nº R. A. (IRC): 45R001/328/2023

Nº R. A. D.G.C.: CE/0195/2023

PRODUCTO: MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2 NR", marca DNA, ref. 0502, lote 712021C43		CODIGO GRECAE PRODUCTO: DN3664010
MARCA: DNA	MODELO: 502	LOTE: 712021C43
C.B.: 8683148802471	ORIGEN DEL PRODUCTO: TURQUIA	CCAA/PAIS NOTIFICANTE ESLOVENIA
TIPO DE RIESGO: MICROBIOLÓGICO	FECHA ALERTA: 02/03/2023	FECHA PLAZO: 02/06/2023
MOTIVO DE RIESGO: La capacidad de filtración de la mascarilla es insuficiente (valores medidos tan bajos como el 72 %)		

En relación con el asunto arriba referenciado y siguiendo instrucciones del Convenio firmado el 15 de mayo de 2009 entre la D. G. de Agenda 2030 y Consumo de Castilla-La Mancha y los Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, se procederá a la retirada del mercado del producto objeto de la alerta.

EL RESPONSABLE DE CONTROL DE MERCADO

Fdo: ESTEBAN ESCOBAR DOMINGUEZ

