

ALERTA FARMACÉUTICA

Referencia: DICM/CONT/PT	Nº alerta: R_24/2020	Fecha: 21 de octubre de 2020
Producto: Medicamento		
Marca comercial, presentación, no registro, código nacional, lote y fecha de caducidad: OPTIRAY ULTRAJECT 350 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 1 jeringa precargada de 125 ml (NR: 62067; CN: 660555) <ul style="list-style-type: none"> Lote 20G1382 y fecha de caducidad 30/06/2023 OPTIRAY ULTRAJECT 320 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 1 jeringa precargada de 100 ml (NR: 60714; CN: 650085) <ul style="list-style-type: none"> Lote 20F1182 y fecha de caducidad 31/05/2023 		
DCI o DOE: IOVERSOL		
Titular de autorización de comercialización: Guerbet. Francia		
Laboratorio fabricante: Liebel-Flarsheim Canada Inc. Canadá		
Responsable en España: Laboratorios Farmacéuticos Guerbet S.A.		
Domicilio social del responsable del producto: Calle Monte Esquinza 28, 4º Izqda. 28010 Madrid		
Descripción del defecto: Dificultad para conectar el adaptador <i>Luer</i> al inyector automático de la jeringa y al tubo del catéter		
Información sobre la distribución: Cadena de distribución, dispensación, hospitales y centros de diagnóstico autorizados		
Clasificación de los defectos: Clase 2		
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los citados lotes y devolución al laboratorio por los cauces habituales		
Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada		

