

RED DE ALERTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO
(NO ALIMENTARIOS)

DE: EL RESPONSABLE DE CONTROL DE MERCADO
A: JEFE DE SERVICIO DE INSPECCIÓN SANITARIA

Nº R. A. (IRC): 45R001/1315/2023

Nº R. A. D.G.C.: CE/1393/2023



PRODUCTO: MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2 NR", marca , ref. , lote		CODIGO GRECAE PRODUCTO: DN3664010
MARCA: FAMEX FAGOMED	MODELO: FAGO F333	LOTE: 200522/24
C.B.: 8683489692083	ORIGEN DEL PRODUCTO: TURQUIA	CCAA/PAIS NOTIFICANTE ALEMANIA REPUBLICA FEDERAL
TIPO DE RIESGO: MICROBIOLÓGICO	FECHA ALERTA: 01/08/2023	FECHA PLAZO: 01/11/2023
MOTIVO DE RIESGO: La penetración del filtro es demasiado alta (valores medidos entre el 12.1% y el 19.3 %. El valor límite es del 6 %.		

Le comunico que se ha recibido de la Dirección General de Consumo la notificación de la alerta arriba referenciada, la cual ha sido enviada a las Delegaciones Provinciales de Sanidad de las cinco provincias de nuestra Comunidad Autónoma.

Se han dado instrucciones para que una vez localizado el producto sea retirado del mercado.

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que estime oportunos.

EL RESPONSABLE DE CONTROL DE MERCADO

Fdo: ESTEBAN ESCOBAR DOMINGUEZ

Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud Pública
Avda. de Francia nº 4-Torre 7
45071 Toledo